



Direzione Amministrativa

UOC Gestione Acquisti - Logistica

Direttore

Dott. Roberto Daffinà

Segreteria:

Tel. 02 58296212

approvvigionamenti@asst-pini-cto.it

Alla cortese attenzione

Spett.le Fornitore

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse del servizio a noleggio, per un periodo di 6 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 mesi, di n° 4 apparecchi rigenerati per anestesia per terapia intensiva occorrente all'ASST G. PINI – CTO.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini – CTO, con sede in Piazza C. Ferrari, 1 – 20122 Milano con il presente avviso intende conoscere se sul mercato sono presenti Operatori Economici del settore che possano offrire un servizio a noleggio n° 4 apparecchi per anestesia per un periodo di 6 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 mesi, ed interessati a partecipare ad eventuale successiva procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Considerato il breve lasso temporale di utilizzo questa ASST intende richiedere la presentazione di offerte solo per apparecchiature rigenerate.

Caratteristiche tecniche essenziali:

- Ventilatore completo di monitoraggio respiratorio e ventilatorio.
- Misurazione e visualizzazione dei dati spirometrici (pressione vie aeree, flusso, volumi, compliance e resistenza delle vie aeree).
- Modulo gas integrato con identificazione automatica di O₂, CO₂ ed agenti anestetici.
- Sistema adatto ad applicazioni su pazienti adulti e pediatrici completo degli accessori e dei software necessari.
- Interfaccia utente chiara e intuitiva.
- Monitor ventilatorio da almeno 12".
- Sistema facilmente pulibile e sanificabile.
- Software in lingua italiana.
- Ventilatore in grado di somministrare anestesia inalatoria con circuito aperto, semi-chiuso e a bassi flussi.
- Volume corrente regolabile da 20 ml ad almeno 1400 ml.
- Ampia scelta di modalità ventilatorie, tra cui:
 - Ventilazione manuale, spontanea.
 - Ventilazione controllata sia a volume sia a pressione.
 - Modalità sincronizzate (SIMV).



- Ventilazione a pressione assistita.
- Ventilazione a pressione con garanzia di volume.
- Regolazione della frequenza respiratoria indicativamente da 4 a 80 atti/min.
- Rapporto I/E regolabile.
- Flusso inspiratorio massimo non inferiore a 150 l/min.
- Trigger a flusso regolabile.
- PEEP integrata e regolabile elettronicamente.
- Sistema di autodiagnosi per il controllo del buon funzionamento dell'apparecchio all'avvio completa ed automatica.
- Sistemi di allarme automatici ed impostabili dall'operatore per anomalie o non rispetto dei range impostati (allarme pressione, volume espirato, FiO₂, vapori anestetici, apnea, mancanza alimentazione aria e O₂, mancanza alimentazione elettrica).
- Segnalazione chiara dei problemi rilevati.
- Sistema di emergenza di erogazione dell'O₂ che permetta il funzionamento anche a macchina spenta in caso di mancanza di alimentazione elettrica.
- Unità e circuito pazienti di semplice e veloce smontaggio e riassettaggio per la pulizia e sterilizzazione.
- Batterie di backup per un totale di almeno 30 min.
- Sistema di evacuazione dei gas passivo (presenza di pompa Venturi centralizzata).
- Miscelatore per aria e ossigeno, preferibilmente elettronico.
- Possibilità di alloggiamento di almeno 2 vaporizzatori, preferibilmente elettronici.
- Possibilità di sostituzione della calce sodata senza interrompere la ventilazione.
- Dotata di canestro di calce sodata.
- Sistema ergonomico caratterizzato da bassa rumorosità.
- Carrellato.

Caratteristiche monitor paziente:

- Schermo TFT-LCD da almeno 12" a colori.
- Touchscreen.
- Alta risoluzione.
- Ampio angolo di visualizzazione.
- Visualizzazione contemporanea di almeno 6 tracce selezionabili dall'operatore (indicare il numero massimo di tracce visualizzabili).
- Posizionato su un braccio orientabile agganciato ad apparecchio per anestesia.
- Alimentazione del monitor a rete e a batteria (batteria ricaricabile con durata di almeno 90 minuti).
- Predisposizione per eventuale collegamento alla rete informatica.



- Maneggevole, compatto e di peso ridotto.
- Protetto dai disturbi ad alta frequenza e da defibrillatore.
- Kit di avvio con accessori pediatrici/adulti.
- Memorizzazione e visualizzazione di trend grafici e tabellari per almeno 24 h.
- Monitoraggio continuo, con visualizzazione del tracciato e del valore numerico, almeno dei seguenti parametri vitali:
 - ECG ad almeno 3 derivazioni con analisi del segmento ST ed aritmie (indicare numero massimo di derivazioni);
 - respiro;
 - saturimetria;
 - n°2 temperature;
 - n°1 pressione non invasiva NIBP;
 - n°1 pressioni invasive IBP;
- Conformità CE secondo la Direttiva 93/42.

Servizi inclusi nella fornitura:

- Consegna sul sito di utilizzo, installazione e collaudo.
- Formazione all'uso del dispositivo per il personale tecnico e sanitario.
- Manuale d'uso in italiano.
- Fornitura dell'elenco dei materiali di consumo eventualmente necessari, precisando se trattasi di materiali dedicati esclusivi, con indicazione dei relativi costi unitari.
- Fornitura dell'elenco degli accessori opzionali disponibili con indicazione dei relativi costi.
- Fornitura di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento.

Garanzia e manutenzione

Saranno a carico dell'Impresa le manutenzioni per tutte le apparecchiature utilizzate, complete di accessori necessari al corretto funzionamento delle stesse, per tutto il periodo della fornitura secondo le modalità di seguito descritte:

- Interventi programmati e concordati di manutenzione periodica e tarature come da indicazione del produttore.
- Numero illimitato di interventi di riparazione su chiamata da garantire nelle 24 ore (festivi inclusi) decorrenti dalla richiesta telefonica o mail.
- Sostituzione, compresa nel canone, di tutte le parti di ricambio nessuna esclusa, con pezzi di ricambio originali, nonché la mano d'opera.

Consegna e collaudo

Il servizio di noleggio deve intendersi effettuato con la formula "chiavi in mano" quindi comprensivo di posa in opera e collaudo funzionale delle apparecchiature aggiudicate.

Nella fornitura, ancorché non espressamente previsti nell'offerta, sono compresi tutti gli accessori ed il materiale necessario per la messa in funzione, il collaudo ed il funzionamento dei sistemi stessi.



Saranno a carico della ditta aggiudicataria le operazioni di smontaggio e ritiro delle apparecchiature a fine contratto. La consegna delle apparecchiature, a seguito dell'ordine effettuato, si intende porto franco (tutte le spese di imballo, trasporto, montaggio sono a carico della ditta aggiudicataria).

Requisiti minimi di partecipazione

- di essere qualificati e iscritti alla piattaforma Sintel nella categoria di interesse – Apparecchiature mediche (33100000-1), nonché registrati per l'ASST G. Pini – CTO;
- di non trovarsi nelle cause di esclusione ex art.80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di essere iscritti al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per attività nello specifico settore oggetto della procedura;
- di non trovarsi con altre ditte/soggetti che parteciperanno alla procedura in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c..

Valore presunto del servizio

Il valore complessivo presunto per il servizio in oggetto è di Euro 28.000,00 per 6 mesi, Iva ed oneri della sicurezza esclusi, per un totale complessivo per 12 mesi pari ad Euro 56.000,00 Iva esclusa.

Non saranno ammesse offerte pari o superiori alla base d'asta.

Il prezzo proposto si deve intendere comprensivo di ogni spesa e/o onere, diretto o connesso, necessario per l'esecuzione del servizio di cui trattasi; fisso e invariabile per l'intera durata del contratto.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e soddisfacente dalla Stazione Appaltante.

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a), della Legge n. 120/2020, previa valutazione dell'idoneità delle candidature offerte in relazione agli elementi negoziali sotto riportati:

Le offerte pervenute saranno oggetto di valutazione onnicomprensiva sulla base dei criteri ponderali sotto riportati:

CRITERIO	PUNTEGGIO MAX
<u>Caratteristiche ventilatore</u> : modalità ventilatorie aggiuntive, gestione ed ottimizzazione dei bassi flussi, prestazioni pneumatiche (picco di flusso, valore PEEP, ecc..). Saranno valutati positivamente sistemi con possibilità di implementare ulteriori modalità ventilatorie avanzate	Punti 30
<u>Monitoraggio parametri vitali</u> : dimensioni display, parametri e trend visualizzati, autonomia batteria. Saranno valutati positivamente dimensioni maggiori del display e dotazione parametri monitorati e allarmi	Punti 10
<u>Display ventilatorio</u> : dimensioni, orientabile, touchscreen, parametri e trend visualizzati, accessibilità alle funzioni standard. Saranno valutati positivamente sistemi con i display con dimensione maggiore	Punti 10
<u>Tipologia miscelatore</u> : saranno valutati positivamente sistemi con miscelatore elettronico	Punti 10
<u>Tipologia vaporizzatore</u> : saranno valutati positivamente vaporizzatori con sistema elettronico ad iniezione diretta dei gas anestetici	Punti 10
<u>Economicità offerta</u> ai sensi dell'art.95 co. 4 D.Lgs. 50/2016	Punti 30



Gli Operatori Economici interessati alla fornitura in argomento dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse entro e non oltre il giorno 14 ottobre 2020 alle ore 14:00, tramite piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia caricando la dichiarazione di interesse (all.1), firmata digitalmente dal Legale Rappresentante.

L'ASST Gaetano Pini-CTO si riserva di annullare la procedura di gara oggetto del presente avviso esplorativo qualora ARIA dovesse pubblicare convenzione per un servizio di noleggio analogo.

Si comunica, inoltre, che poiché Sintel richiede obbligatoriamente l'inserimento di un valore economico, trattandosi di mero avviso ricognitivo, in tale campo dovrà essere inserito il valore simbolico di Euro 0,1.

La predetta manifestazione non vincola in alcun modo questa ASST, per cui eventuali variazioni non costituiranno motivo di eccezioni da parte degli operatori interessati.

Per qualsivoglia chiarimento si chiede di contattare l'ufficio gare al n. 02/58296981.

Il Direttore
UOC Gestione Acquisti – Logistica
(Dr. Roberto Daffinà)

Allegati:

- All. 1 - manifestazione di interesse

Responsabile del procedimento: *Dott. Roberto Daffinà*

Pratica trattata da: sig.ra Manuela Chiovenda

Per comunicazioni istituzionali si chiede di utilizzare uno dei seguenti indirizzi e-mail: protocollo@pec.asst-pini-cto.it
oppure ufficio.protocollo@asst-pini-cto.it

Asst G.Pini - CTO - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 547C0AB7AB16159C4A89A6BC2A5840580E1A11A4BD65E2A43AFC7C7389DFD846

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Daffina Roberto

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0018917/20

Data Protocollo 29/09/2020

UOR Competente UOC GESTIONE ACQUISTI LOGISTICA

Destinatario Principale OPERATORI SINTEL

Supporto INFORMATICO

Oggetto AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL SERVIZIO A NOLEGGIO, PER UN PERIODO DI 6 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 6 MESI, DI N° 4 APPARECCHI RIGENERATI PER ANESTESIA PER TERAPIA INTENSIVA OCCORRENTE ALL'ASST G. PINI - CTO.

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://asstpini-ws.siaavcloud.com/PortaleGlifo/Account/Login.aspx>

IDENTIFICATIVO VN6DY-696

PASSWORD NNE78

DATA SCADENZA Senza scadenza