



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Direzione Amministrativa
UOC Gestione Acquisti - Logistica
Direttore
Dott. Roberto Daffinà

Segreteria:
Tel. 02 582962294
approvvigionamenti@asst-pini-cto.it

ASST G. PINI-CTO
N. Protocollo: 0003549/19
del 28/03/2019
Classifica: 1.6.3 C. IPA=asstgp
C. AOO=asstgp
C. REG. PROT: RP01

Spett.Le

Oggetto: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO finalizzata all'acquisizione di un densitometro Osseo DEXA

Preg.ma Società,

in riscontro alla VS comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 27/03 u.s., si riporta di seguito quesito da voi formulato:

... *omissis* ... "seppure la Vs procedura abbia la finalità di *individuare potenziali operatori economici in grado di fornire apparecchiature che possiedano i requisiti minimi richiesti*, le Esigenze Tecnico-Operative indicate all'art. 2 contraddicono qualsivoglia apertura in tale senso, impedendo di fatto a qualunque operatore presente sul mercato - ad eccezione del produttore Hologic - di partecipare.

Così come scritta la procedura individua un'unica azienda e si prefigura come una volontà di acquisto in esclusiva mascherato, che penalizza tanto la nostra azienda quanto qualunque altro produttore presente sul mercato, quanto sicuramente la vostra capacità negoziale.

Ci permettiamo anche di segnalare che mai ci era capitato di leggere tali richieste come quella indicata di "poter rianalizzare (ad esempio modificando le dimensioni dei box di analisi) esami precedentemente eseguiti" e refertati. Tale operazione può essere fatta solo con il software proprietario del produttore dei densitometri già di Vostra proprietà, appunto Hologic.

Qualora i Vostri clinici ritengano fondamentale questa operatività, nonché di avere il tempo da dedicare alla ripresa e modifica di esami precedenti, non Vi resta che procedere al riacquisto dallo stesso produttore, dandone visibilità e giustificazione; e a noi e agli altri operatori o enti preposti, di valutare se questo possa o meno essere legalmente giustificato... *omissis* ..."

Si precisa che la scrivente ASST ha pubblicato l'avviso esplorativo proprio al fine di valutare tutti i possibili dispositivi presenti sul mercato per identificare quelli più attinenti alle esigenze aziendali cliniche/operative/economiche al fine di costruire una successiva procedura di gara.



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

In un ottica di massima trasparenza e partecipazione da parte degli operatori economici interessati, alla luce di quanto sopra riportato si ritiene di poter valutare anche prodotti che non possiedono il requisito "discriminante" pertanto, tutte le società che lo desiderino potranno manifestare il loro interesse e produrre la loro documentazione tecnica che verrà successivamente analizzata.

Premesso quanto sopra, si comunica che lo scrivente ufficio provvederà a posticipare i termini della presente consultazione in oggetto al giorno 03.04.2019 alle ore 14:30.

Distinti saluti

Il Direttore
UOC Gestione Acquisti – Logistica
(Dr. Roberto Daffinà)

Responsabile del procedimento: *Dr. Roberto Daffinà*
Pratica trattata da: *Elena Pisano*

Per comunicazioni istituzionali si chiede di utilizzare uno dei seguenti indirizzi e-mail: protocollo@pec.asst-pini-cto.it
oppure ufficio.protocollo@asst-pini-cto.it